



Результати за липень 2019р.

Затверджую:

Головний інженер

І.О.Богатіков

Результати виробничого контролю складу та властивостей стічних вод та впливу

КП " ЖИЛБУДСЕРВІС" на стан поверхневих вод

Дата відбору	Назва підприємства	Назва об'єкту контролю	Скинуто стічних вод,м3	Температура	Кольоровість	Запах	Водневий показник
Липень 2019р.	КП "Жилбуд-сервіс"	Шифр методики ВВ	32365	СЭВ ст.698-969	СЭВ ст.698-969	СЭВ ст.1145-1149	СЭВ ч.1 ст.249
		Випуск стічних вод		22,7	9,95	1хл	7,89
		Похибка		перевищення не більш +3С		не більш 1бала	6,5- 8,5
		Ліміт мг/л					
		Перевищення ліміту		СЭВ ст.698-969	СЭВ ст.698-969	СЭВ ст.1145-1149	СЭВ ч.1 ст.249
		Шифр методики ВВ					
		Водний об'єкт р.Сів.Донець					
		Створ вище скиду		24	8,25	1річ	8,2
		Похибка		23,4	8,5	1річ	8,2
		Створ нижче скиду					
		Похибка					
		ГДК мг/л					6,5-8,5
		Вплив (долі ГДК)					

Завислі речовини	Хлориди	Сульфати	Азот амонійний	Нітрати	Нітриди	Фосфати	ХСК	БСК5	БСКповне
КНД 211.1.04. 039-95 19,438 3,89 28	КНД 211.1.4. 037-95 116,816 11,68 300	КНД 211.1.4. 026-95 117,149 29,29 400	КНД 211.1.4. 030-95 4,929 1,23 6	КНД 211.1.4. 027-95 44,886 11,22 45	КНД 211.1.4. 023-95 1,294 0,32 1,2	КНД 211.1.4. 043-95 6,748 1,69 9,5	КНД 311.1.4. 020-95 24,625 80	КНД 211.1.4. 024-95 3,702 15	КНД 211.1.4. 024-95 4,924
КНД 211.1.04. 039-95 24 4,8 23,75 7,45 + 0,75	КНД 211.1.4. 037-95 225,817 22,58 218,868 21,89 350,0	КНД 211.1.4. 026-95 335,373 83,84 333,315 83,33 500,0	РД 52.24. 35-87 0,09 0,02 0,092 0,023 2,0 0,001	КНД 211.1.4. 027-95 3,387 0,85 3,402 0,85 45,0 0,00033	КНД 211.1.4. 023-95 0,057 0,014 0,058 0,015 3,3 0,0003	СЭВ ст.1050-1053 1,469 0,37 1,48 0,37 3,5 0,0031	КНД 311.1.4. 020-95 2,023 2,671 30	КНД 211.1.4. 024-95 2,023 2,671 6	КНД 211.1.4. 024-95 2,691 3,552

Нафтопро- дукти	СПАР	Залізо загальне	Токсичность	Раст. кисень	Ост.хлор	Плав. примеси	Прозорість
СЭВ ст.100-106 < 0,3 0,3	КНД 211.1.4 017-95 0,141 0,07 0,5	КНД 211.1.4. 034-95 0,297 0,15 0,8	КНД 211.1.4. 055-97 не токс.	РД.52.35. 73-88 8,963	СЭВ ст.1099-1101 1,42	визуально відсут.	СЭВ 750-752 20,1
МВВ 081/ 12-57-00 - - 0,3	КНД 211.1.4 017-95 0,133 0,07 0,134 0,07 0,35 0,0029	КНД 211.1.4. 034-95 0,089 0,04 0,091 0,05 0,3 0,0067	КНД 211.1.4. 055-97 - - -	РД.52.35. 73-88 5,827 5,584	СЭВ ст.1099-1101 - -	визуально - -	СЭВ 750-752 22 21

Начальник ЦТіПК



С.М.Сабельніков

Інженер по ОНПС



М.П.Швидунова